


Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
ВП «Південноукраїнська АЕС»
Відділ охорони праці

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інспектор


І. ПАНІН



«10» 10 2022 р.


**Технічна специфікація до предмета закупівлі
«Генератор водню»**

ТСдоПЗ (т).23.0029.0106-2022

ТСдоПЗ (т).23.0029.0106-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі «Генератор водню»	Аркуш	2
ВОП		Зміна	

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Посада	Підпис	Дата	Ініціал імені та прізвище
Начальник УВТК		06.10.2022	О. Кузьменко
Заступник начальника ВТС		23.09.22	С. Харічев
Головний метролог – начальник служби		19.09.2022	М. Деменков
Начальник ВОП		15.09.22	О. Самчинський
Розроблено			
Інженер - керівник групи ПСЛ ВОП		14.09.2022	І. Фомичова

Сергієнко Н.В. 

ТСдоПЗ (т).23.0029.0106-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі «Генератор водню»	Аркуш	3
ВОП		Зміна	

ЗМІСТ

Арк.

1.	Технічні характеристики предмета закупівлі	4
2.	Комплектність поставки продукції.....	4
	Додаток А Технічні та інші вимоги до виготовлення й постачання продукції.....	5
	Додаток Б Перелік документів, які надаються учасником процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції.....	6

ТСдоПЗ (т).23.0029.0106-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі «Генератор водню»	Аркуш	4
ВОП		Зміна	

1 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1.1 ТСдоПЗ передбачає технічні характеристики предмета закупівлі «Генератор водню QL-300» або еквівалент, за якими буде проводитися оцінка тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі.

1.2 Технічні характеристики предмета закупівлі генератора водню наведені у таблиці 1.

Таблиця 1 – Технічні характеристики предмета закупівлі «Генератор водню»

№ з/п	Технічна характеристика	Значення	Нормативний документ, посилання	Примітки
1 Технічні характеристики				
1.1	Марка водню, що виробляється	«А»	ГОСТ 3022-80	
1.2	Чистота водню в перерахунку сухий газ, % об.	99,999		
1.3	Вихідна швидкість потоку, мл/хв	0-310		
1.4	Вихідний тиск, МПа	0,02-0,4 (вихід під стабільним тиском)		
1.5	Значення тиску для надлишкового захист (МПа)	тиску 0,46		
1.6	Напруга живлення (В)	220-240 (50-60 Гц)		
1.7	Вхідна потужність (Вт)	менше 150		
2 Вимоги до гарантій, строку експлуатації та зберігання продукції				
2.1	Гарантійний термін експлуатації, місяців	12		
2.2	Гарантійний термін зберігання генератора з дати його виготовлення до його продажу, місяців	не більше 6		

2 КОМПЛЕКТНІСТЬ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ

Продукція постачається в кількості згідно з тендерною документацією.

ТСдоПЗ (т).23.0029.0106-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі «Генератор водню»	Аркуш	5
ВОП		Зміна	

ДОДАТОК А

Технічні та інші вимоги до виготовлення й постачання продукції

А.1 Загальні положення

А.1.1 Мета розроблення - забезпечення закупівлі генератору водню для оновлення оснащення санітарно-промислової лабораторії відділу охорони праці.

Генератор водню призначений для отримання водню марки «А», який використовується для живлення аналітичних приладів (хроматографів, газоаналізаторів і т. п.).

А.1.2 Підстава для закупівлі - включення до річного плану закупівель товарно-матеріальних цінностей.

Таблиця 2

А.2 Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція

Позначення документа	Назва документа
СОУ НАЕК 005:2021	Управління поставками (закупівлями) продукції. Технічні специфікації до предмета закупівлі. Порядок розроблення, оформлення та поводження. Вимоги до змісту
СОУ НАЕК 024:2012	Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції, що закуповується експлуатуючою організацією. Загальні положення
СОУ НАЕК 038:2021	Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії
СОУ НАЕК 042:2022	Управління поставками (закупівлями) продукції. Організація закупівель продукції, робіт та послуг
СОУ НАЕК 077:2020	Управління закупівлями продукції. "Технічні умови", "Технічні специфікації" та "Технічні завдання" на продукцію для АЕС. Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження

А.3 Випробування та приймання продукції

Вхідний контроль проводиться згідно з порядком встановленим СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії».

А.4 Вимоги щодо маркування, пакування, транспортування

А.4.1 Маркування, консервування та пакування продукції повинні відповідати вимогам стандартів, за якими виготовлялась продукція.

А.4.2 Дозволяється нанесення на продукцію додаткового маркування не передбаченого стандартами, за якими виготовлялась продукція.

А.5 Перелік документів, які надаються замовнику під час виготовлення та постачання продукції

А.5.1 Замовник разом з приладом повинен отримати від постачальника наступні документи:

- паспорт або керівництво (інструкція) з експлуатації;
- гарантійний талон.

ТСдоПЗ (т).23.0029.0106-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі «Генератор водню»	Аркуш	6
ВОП		Зміна	

ДОДАТОК Б
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ УЧАСНИКОМ ПРОЦЕДУРИ
ЗАКУПІВЛІ В СКЛАДІ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Учасник процедури закупівлі, для підтвердження своєї здатності виготовити/поставити продукцію, що відповідає вимогам Технічної специфікації до предмета закупівлі (розділам «Технічні характеристики предмета закупівлі» та має надати в складі тендерної пропозиції такі документи:

Б1.Файл у форматі pdf (лист, довідка або інше), відсканований з підтвердження про відповідність запропонованого товару технічним характеристикам наведеним в технічній специфікації.