

Зміни Додатку_3 МТВ

Медико-технічні вимоги до товару:

Медичні матеріали (Марля медична, Бинт гіпсовий, Лезо для скальпеля, Кетгут, Неосорб, Нитка хірургічна шовна, Пролен, Сітка медична для відновлювальної хірургії стерильна, плетена, Сітка медична для відновлювальної хірургії поліпропіленова незабарвлена, Поліпропілен, Поліпропілен з рентгеноконтрастним наповненням, Хірургічна нитка полігліколієва, Подовжувач інфузійних магістралей високого тиску)

Код ДК 021:2015 33140000-3 «Медичні матеріали»

Додатку_3 МТВ

Було:

29	Поліпропілен з рентгеноконтрастним наповненням 3/0 (м2) колюча 26мм 1/2 75см	3шт	Шовний матеріал стерильний. Склад: поліпропілен, монофіламент. Колір: синій. Розмір нитки: USP: 3/0, EP: M2. Довжина: 75 см. Характеристики: не розсмоктується, колір нитки повинен бути насичено темно – синім, не прозорим. Тип голки: колюча. Довжина: 26 мм. Вигин: 1/2 кола.
----	--	-----	---

Стало:

29	Поліпропілен 3/0 (м2) колюча 26мм 1/2 75см	3шт	Шовний матеріал стерильний. Склад: поліпропілен, монофіламент. Колір: синій. Розмір нитки: USP: 3/0, EP: M2. Довжина: 75 см. Характеристики: не розсмоктується, колір нитки повинен бути насичено темно – синім, не прозорим. Тип голки: колюча. Довжина: 26 мм. Вигин: 1/2 кола.
----	--	-----	---