

Додаток 2

до тендерної документації на закупівлю:

38430000-8 Детектори та аналізатори (Осмометр (57853 Осмометр ІВД, автоматичний) - 1 шт.).

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. **

Осмометр (57853 Осмометр ІВД, автоматичний) - 1 шт.

№ з/п	Медико-технічні вимоги	Відповідність (так/ні)
1	Принцип вимірювання – вапоризаційний (вимірювання зміни тиску пари розчинника над розчином)	
2	Мінімальний об'єм вимірювальної проби, не більше 10 мкл.	
3	Вимірювальний діапазон, не гірше ніж від 20 до 3000 ммоль/кг	
4	Час вимірювання однієї проби, не більше 100 секунд	
5	Роздільча здатність вимірювання зміни температури, не гірше 0,0005 °C	
6	Лінійність не гірша ніж 2% в діапазоні від 20 до 1000 ммоль/кг	
7	Наявність автоматичного калібрування за стандартами осмоляльності трьох рівнів	
8	Наявність режиму затримки вимірювання для якісного досягнення парової рівноваги для в'язких або напів-рідких зразків	
9	Наявність режиму авто-повтору вимірювання проби з розрахунком SD (стандартного відхилення)	
10	Наявність режиму самодіагностики аналізатора	
11	Наявність вбудованої системи самоочищення вимірювальної камери	
12	Наявність вбудованого тесту якості води для промивки вимірювальної камери	
13	Наявність порту USB для підключення аналізатора до ПК	
14	Наявність Windows сумісного спеціалізованого програмного забезпечення до аналізатору для зберігання та накопичення результатів досліджень.	
15	Наявність порту RS232 для підключення аналізатора до стандартного принтеру	
16	Наявність у комплекті стандарту осмоляльності 100 ммоль/кг (60 ампул)	
17	Наявність у комплекті стандарту осмоляльності 290 ммоль/кг (60 ампул)	
18	Наявність у комплекті стандарту осмоляльності 1000 ммоль/кг (60 ампул)	
19	Наявність у комплекті миючого розчину для термопари 60 мл	
20	Наявність у комплекті деіонізованого розчину для термопари	

	60 мл	
21	Наявність у комплекті целюлозних дисків для зразків (5000 шт)	
22	Наявність у комплекті наконечників (1000 шт)	
23	У комплект поставки повинно входити (для підтвердження Учасник має надати гарантійний лист): - фільтр-осушувач до осмометра – 1 од.	

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволенним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов'язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару мовою оригіналу та з перекладом на українську мову (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров'я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 29.12.2022. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об'єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено

законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявності зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз'яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/ з/п	Найменування предмету закупівлі/товару	Торгівельна назва товару	Виробник, країна	Одиниця виміру	Кількість, од.

.....
(посада особи, що підписує форму)

(П.І.Б.)

(підпис)

М. П.*

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

Київ 2022