



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Прорізна, 19, м. Київ, 01001, тел. (044) 284 08 75, (044) 284 08 02
тел. «гарячої» лінії (044) 278 41 91 E-mail: health@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 02012906

Враховуючи питання, яке 01.11.2023 о 15:57 надійшло на адресу Департаменту в системі електронних публічних закупівель «ProZorro», та зважаючи на службову записку голови Робочої групи Департаменту, якою було напрацьовано технічне завдання (заявка) на закупівлю (с.з. від 02.11.2023 № 20-2), рішенням уповноваженої особи від 03.11.2023 внесено зміни до тендерної документації на закупівлю: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Медичне обладнання різне, 5 лотів), ідентифікатор UA-2023-10-31-011084-а, а саме: в додатку 2 до тендерної документації вимоги до лоту 4 викладено в новій редакції:

«

Лот 4 - 33194200-8 Пристрої та інструменти для переливання крові - Запаювач поліхлорвінілових трубок стаціонарний (62054 Апарат для зварювання лабораторних трубок) - 1 шт.

Вимоги:

№ п/п	Медико-технічні вимоги	Відповідність (так / ні)
1	Пристрій повинен бути призначений для запаювання ПВХ трубок контейнерів для крові	
2	Пристрій повинен бути оснащеним світловим та звуковим індикатором правильного /неправильного запаювання	
3	Пристрій повинен запаювати ПВХ трубки контейнерів для крові будь-якого виробника	
4	Кожен шов повинен бути в вигляді центральної лінії, що дозволяє виконати легке відокремлення однієї частини від іншої.	
5	Пристрій повинен бути оснащеним оптичним датчиком всередині затискача	
6	Пристрій повинен бути оснащеним кільцем підсвічування	
7	Пристрій повинен мати можливість запаювати ПВХ труби діаметром від 2-7 мм.	
8	Пристрій повинен запаювати трубки не більше ніж 3 секунди	
9	Запаювач повинен бути обладнаний функцією сну у разі тривалої перерви у роботі задля економії електроенергії	
10	Пристрій повинен працювати від загальної мережі 220 В	
11	Запаювач повинен бути виконаний з нержавіючої сталі з окремними частинами які виконані з пластику.	

».

**Уповноважена особа Департаменту,
голова робочої групи Департаменту,
утвореної згідно наказу Департаменту від
04.08.2023 № 859:**

Катерина ЛУЧКІНА

підпис

**Члени робочої групи Департаменту, що діє на підставі наказу Департаменту від 04.08.2023
№ 859:**

В.о. начальника відділу медичної допомоги
дорослому населенню управління медичної
допомоги населенню

МУЗИКА
Ольга Вікторівна

Заступник начальника управління економіки
– начальник відділу планування капітальних
видатків та ремонтних робіт управління
економіки

БЕРЕСТОВЕНКО
Юрій Володимирович

Заступник начальника управління
економіки

ШМУЛЬКО
Леся Володимирівна

Головний спеціаліст сектору фінансового
контролю

ПОЛОВИНКО
Олег Леонідович

Головний спеціаліст відділу правового
забезпечення

звільнено

МОСІЙЧУК
Олександр Валентинович