



Директору КП „Теплогаранті“
Лемангуку і М
наз. відділа ПЕР
Василаненко М В

Службові записки

В зв'язку з виходом з ладу теплообчис-
лювача Supercall №17132823 встановленою
на житловому будинку за адресою вул. Усп-
Троїцька 45 прошу виконати його ремонт
з заміною елемента живлення

15.12.23

