

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ**

**ПРОТОКОЛ
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ**

15.04.2024

м. Старокостянтинів

№ 16

Порядок денний:

1. Про внесення змін до тендерної документації (далі – **Тендерна документація**) оприлюдненої в електронній системі закупівель у процедурі закупівлі Контейнерів для взяття цільної крові людини та її компонентів, ПВХ, 1-камерні, без наповнювачів, об'єм крові 300 мл ДК 021:2015:33140000 - 3 Медичні матеріали ДК 021:2015:33141600 - 6 Контейнери та пакети для забору матеріалів для аналізів, дренажі та комплекти НК 024:2023:44033 – Набір для взяття донорської крові однокамерний (далі – **Закупівля**).
2. Про розміщення в електронній системі закупівель змін, що вносяться до тендерної документації, у вигляді нової редакції тендерної документації та переліку змін, що вносяться.

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2024-04-11-009793-а.

Під час розгляду першого питання порядку денного:

Відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – **Закон**) Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 цього Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

Перелік змін внесених до тендерної документації

№	Стара редакція	Нова редакція
1	НК 024:2019:38569 Набір для переливання крові	НК 024:2023:44033 Набір для взяття донорської крові однокамерний
2	Матеріал – ПВХ. 1-камерний контейнер без наповнювача. Стерильний. Одноразовий. Об'єм – 300 мл. Голка – пластмасова. Без фільтру. Контейнер оснащений полімерною голкою з ковпачком, що з'єднана з першим порожнім контейнером за допомогою трубки довжиною 110 см.	Матеріал – ПВХ. 1-камерний контейнер без наповнювача. Стерильний. Одноразовий. Об'єм – 300 мл. Голка – пластмасова. Без фільтру.

Враховуючи викладене необхідно внести зміни до **Тендерної документації** шляхом затвердження нової редакції тендерної документації. Згідно зі змінами строк подання тендерних пропозицій закінчується 20.04.2024 року.

Для цього розроблено проект нової редакції тендерної документації та перелік змін, що вносяться.

Зазначені документи відповідають вимогам Замовника та нормам чинного законодавства.

На підставі вищенаведеного наявні підстави для затвердження нової редакції тендерної документації (з Додатками до неї) та переліку змін, що вносяться, для проведення **Закупівлі** згідно з розглянутим проектом.

Під час розгляду другого питання порядку денного:

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 10 **Закону** замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель зміни до тендерної документації та роз'яснення до неї (у разі наявності) у машинозчитувальному форматі - протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз'яснень.

Таким чином необхідно оприлюднити в електронній системі закупівель нову редакцію тендерної документації та перелік змін, що вносяться, у строки встановлені п. 3 ч. 1 ст. 10 **Закону**.

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до **Тендерної документації** шляхом затвердження нової редакції тендерної документації (з Додатками до неї) та перелік змін, що вносяться.
2. Оприлюднити нову редакцію тендерної документації та перелік змін, що вносяться, в електронній системі закупівель.

Уповноважена особа

Олена Шульга