

**Комунальне підприємство
«Криворізький онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради»**

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ (ПРОТОКОЛ)

24 січня 2024 р.

місто Кривий Ріг

№ Л-5/2

уповноваженої особи – Лучки Оксани Євгенівни

Порядок денний:

1. Про внесення змін до тендерної документації на закупівлю ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»), № UA-2024-01-19-006324-а.
2. Про оприлюднення нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації та перелік змін, що вносяться в окремому документі відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженому постановою Кабміну «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) (далі – Особливості).

Під час розгляду першого питання порядку денного:

Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.

У зв'язку з надходженням вимоги від учасника закупівлі виникла необхідність внесення змін до тендерної документації в частині:

1. В додаток № 2 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі», п.63
2. Перше речення п.1, розділу 4 тендерної документації

Нова редакція тендерної документації викладена у Додатку № 1. Додатково перелік змін викладений у Додатку № 2. Внесення змін до тендерної документації планується 24.01.2024р. відповідно до кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишається менше чотирьох днів, тому строк подання тендерних пропозицій необхідно продовжити в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, до 29.01.2024 р.

Під час розгляду другого питання порядку денного:

Відповідно до абзацу 4 пункту 54 Особливостей зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної

документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.

На виконання наведеної вище норми необхідно оприлюднити в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття даного рішення:

- нову редакцію тендерної документації з усіма додатками (Додаток № 1);
- перелік змін, що вносяться (Додаток № 2).

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити нову редакцію тендерної документації на закупівлю ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»), № UA-2024-01-19-006324-а та перелік змін, що вносяться в окремому документі.

2. Оприлюднити нову редакцію тендерної документації на закупівлю ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»), № UA-2024-01-19-006324-а та перелік змін, що вносяться в окремому документі протягом одного дня з дати прийняття даного рішення.

**Заступник генерального директора
з економічних питань, уповноважена особа**



Оксана ЛУЧКА

Додатки:

Додаток № 1 в 1 примірнику на 36 аркушах;

Додаток № 2 в 1 примірнику на 1 аркуші.

ПЕРЕЛІК ЗМІН

Затверджені протоколом уповноваженої особи № Л-5/2 від 24.01.2024 р.
до закупівлі за ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні"
(33696500-0 «Лабораторні реактиви»), № UA-2024-01-19-006324-а

	Було	Стало
	Перше речення п.1, розділу 4 тендерної документації	
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 27.01.2024 року, 00:00 год.		Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 29.01.2024 00:00
додаток № 2 « Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі», п.63 доповнити медико-технічними вимогами		
63. 12000151 Глікований гемоглобін HbA1c; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -61010- Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз		63. 12000151 Глікований гемоглобін HbA1c; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -61010- Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз Медико-технічні вимоги Фасування: не менше R1: 1 x 24 мл, R2a: 1 x 8 мл, R2b: 1 x 4 мл, R3: 2 x 50 мл. Глікований гемоглобін (глікогемоглобін) утворюється під час неферментативної реакції глюкози і гемоглобіну. Швидкість глікування гемоглобіну (відносна кількість HbA, перетвореного на HbA1c) в еритроцитах визначається середньою концентрацією глюкози у крові протягом часу життя еритроцитів. Склад реагентів: R1: Буфер 20 ммоль/л Латексні частинки 1,5 % R2a: Буфер 10 ммоль/л Мишачі моноклональні антитіла до HbA1c людини 5,5 мг/дл R2b: Буфер 1 ммоль/л Козячі поліклональні антитіла до IgG мишей 67 мг/дл Стабілізатори R3: Гемолізуючий розчин Робочі характеристики не гірше за: Чутливість: Нижній поріг визначення: 1,84 % NGSP HbA1c. Діапазон вимірювань HbA1c 4,90–15,87 % згідно DCCT/ NGSP, 3–15 % згідно IFCC (від 30 до 150 ммоль/моль). Умови зберігання від +2 до +8 °C.

Заступник генерального директора
з економічних питань, уповноважена особа



Оксана ЛУЧКА