

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ДК 021:2015 код 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні
(ЛОТ1 – Столики, шафа та штативи медичні (код НК 024:2023 13959 — Стіл для хірургічних інструментів, 10535 - Медична шафа, 36069 - Стійка для внутрішньовенних вливань) ЛОТ2 – Стійка для приладів та візок для електрокардіографа (код НК 024:2023 35124 - Стійка для медичної техніки, 36801 - Універсальний візок)

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

«У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

«У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». **Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».**

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

ЛОТ1 - Столики, шафа та штативи медичні

№	Найменування предмета закупівлі	Технічні характеристики	Кількість шт
1	Столик інструментальний медичний (код НК 024:2023 13959 Стіл для хірургічних інструментів) 	Каркас виробу виконаний із металу. Стільниця нержавіючої сталі. Столик не має гострих, виступаючих елементів. Стіл встановлюється на колісні опори з гальмами для фіксації. Ширина: 620 мм Глибина: 415 мм Висота: 815 мм Вага: білий Матеріал каркасу: метал Матеріал верхньої полиці: нержавіюча сталь Матеріал нижньої полиці: нержавіюча сталь Кількість полиць: 2 Тип опори: ролики	2 шт.

2	Столик маніпуляційний пересувний (код НК 024:2023 13959 — Стіл для хірургічних інструментів) 	В основі столика щитова конструкція з ламінованої деревностружкової плити завтовшки 16 мм. Всі фасади оздоблені АВС кромкою ПВХ товщиною 2 мм в колір ДСП. Стіл оснащений тумбою з 2 висувними ящиками. Каркас столика – профільна труба. Стіл оснащений двома нержавіючими знімними полицями. Стіл має колісні опори, 2 колеса мають гальма з фіксацією. Ручки довжиною 128мм. Використовується стяжна система мініфікс з болтами і эксцентриками. В комплекті використовуються конфірмати та декоративні заглушки, що відповідають кольору ДСП. Ширина: 650 мм Глибина: 400 мм Висота: 950 мм Опора: колеса 4 шт., 2 з гальмами Матеріал корпусу: ЛДСП 16 мм, колір графіт Матеріал каркасу: профільна трубка Допустиме навантаження: не більше 30 кг Вага виробу: не більше 20 кг Матеріал ручок: метал Матеріал полиць: нержавіюча сталь, 2 шт.	2 шт.
3	Шафа двостулкова (код НК 024:2023 10535 - Медична шафа) 	В основі шафи щитова конструкція з ламінованої деревностружкової плити завтовшки 16 мм. Всі робочі торці корпусу обклеєні кромкою ПВХ товщиною 0,6 мм. Фасади тумби оздоблені кромкою товщиною 2 мм. Верхня секція шафи оснащена трьома полками і скляними дверцятами в алюмінієвому профілі. Нижня секція з двома полками оснащена глухими дверцятами для захисту вмісту від впливу світла і проникнення пилу. Ширина: 900 мм Глибина: 400 мм Висота: 1800 мм Матеріал ніжки: металеві Матеріал виробу: ЛДСП 16 мм, колір графіт Допустиме навантаження на полицю: не більше 20 кг Вага виробу: не більше 37 кг Матеріал ручок: метал Матеріал корпусу: ЛДСП Матеріал фасаду: ЛДСП, скло в алюмінієвому профілі Кількість полиць: 5 Колір ніжок: алюміній або хром	1 шт.

4	Штатив для внутрішніх довготривалих вливань (код НК 024:2023 36069 - Стійка для внутрішньовенних вливань) 	Зручна фіксація та утримання на певній висоті ємностей до 1000 мл, а також флаконів 50 - 500 мл під час тривалих вливань інвазійних препаратів, одному або двом пацієнтам одночасно. Конструкція штатива представлена складається з двох труб телескопічною системою, яку надійно утримують у підставі три ніжки. Два незалежних фіксатора для флаконів з інфузійними розчинами розташовані у верхній частині штанги з регульованою висотою. Дві корзинки для флаконів. Передбачено два гачка безпосередньо для систем внутрішньовенного введення. Телескопічне з'єднання. Конструкція виконана з хромованого металу, який покритий порошковим фарбуванням – стійкою до механічних пошкоджень, корозії і хімічних препаратів. Регульовані ніжки. Довжина: 650 мм Висота: 2000 мм Ширина: 650 мм Вага: 4 г Матеріал каркасу: метал Діаметр колісних опор: 50 мм Матеріал полиці: метал	11 шт.
---	--	--	--------

ЛОТ2 – Стійка для приладів та візок для електрокардіографа

№	Найменування предмета закупівлі	Технічні характеристики	Кількість шт
1	Стійка для приладів (код НК 024:2023 35124 - Стійка для медичної техніки) 	Конструкція стійки включає три місткі полиці, по периметру яких передбачені виступи. Середня полиця знімна, а також може регулюватися по висоті. На поверхні стійки встановлені 3 розетки із заземленням. Нижче розеток встановлений вимикач, а також роз'єм для додаткових пристроїв. Приладова стійка зроблена з металу. Навантаження до 130 кг. У конструкції стійки використовуються поворотні колеса. Висота: 790 мм Ширина: 455 мм Глибина: 500 мм Кількість полиць: 3 Колір виробу: RAL 9003	1 шт.
2	Візок для електрокардіографа (код НК 024:2023 36801 - Універсальний візок) 	Міцна каркасна конструкція виготовлена з профільних труб із нанесенням екологічно чистого полімерно-порошкового покриття, стійкого до оброблення дезінфікувальними розчинами. Візок обладнаний колесами, що дає змогу використовувати коляску як усередині лікарняного корпусу, так і за його межами. Два колеса з чотирьох мають гальма. Габарити: не більше ніж 500*450*900 мм Розмір полиці для електрокардіографа: не більше ніж 320*300 мм Габарити коробки для приладдя: не більше ніж 400*300*100 мм	1 шт.

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог тендерної документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською мовою.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, виготовлений не раніше 2022 р. і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим, виготовлений не раніше 2022р. і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію.

3. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

5. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати листа у довільній формі в якому зазначити цю інформацію.

6. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

7. Запропонована Учасником вартість повинна включати всі витрати з постачання товару, а також всі податки та збори відповідно до законодавства України.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі, в якому зазначити, що запропонована вартість включає всі витрати з постачання товару та пересилкою документів (договір, сертифікати, накладні і т.д.) через кур'єрську службу («Нова пошта» або інше).