

Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
ВП «Південноукраїнська АЕС»
ЦТАВ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного інженера
з ЕО та СКУ

В. ЧУМАК


«13» 2022 р.

Технічна специфікація до предмета закупівлі
Щуп для осцилографа Hantek PP-200
(або еквівалент)

ТСдоПЗ(т).23.0011.0318-2022

ТСдоПЗ(т).23.0011.0318-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі Щуп для осцилографа Hantek PP-200 (або еквівалент)	Аркуш	2
ЦТАВ		Зміна	

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Посада	Підпис	Дата	Ініціал імені та ПРИЗВИЩЕ
Начальник ВТС		19.08.22	Дмитро МИТЮШЕВ
Начальник УВТК		11.08.2022	Олексій КУЗЬМЕНКО
Начальник ЦТАВ		10.08.22	Андрій ПИЛИПЧУК
Розроблено			
Майстер ЦТАВ		09.08.22	Володимир КОСАРЕВ

Москаєв О.О. 

ТСдоПЗ(т).23.0011.0318-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі Щуп для осцилографа Hantek PP-200 (або еквівалент)	Аркуш	3
ЦТАВ		Зміна	

ЗМІСТ

1	Технічні характеристики предмета закупівлі	Арк. 4
2	Комплектність поставки продукції	4
	ДОДАТОК А Технічні та інші вимоги до виготовлення й постачання продукції	5

ТСдоПЗ(т).23.0011.0318-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі Щуп для осцилографа Hantek PP-200 (або еквівалент)	Аркуш	4
ЦТАВ		Зміна	

1 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Таблиця 1 Технічні характеристики предмета закупівлі

Н.п.п	Технічна характеристика	Значення	Нормативний документ, посилання	Примітка (уточнення або обмеження вимог)
1	Класифікаційна належність			
1.1	Щуп для осцилографа Hantek PP-200, або еквівалент (Далі - Щуп) не класифікується відповідно до вимог НП 306.2.141 2008, НП 306.2.202-2015, СОУ НАЕК100:2016, та не використовується в системах, важливих для безпеки АЕС			
2	Технічні характеристики предмета закупівлі			
2.1	Тип	Hantek PP-200	Вимоги замовника	☐
2.2	Ширина смуги дільника x1	DC-10MHz	Вимоги замовника	☐
2.3	Ширина смуги дільника x10	DC-200MHz	Вимоги замовника	☐
2.4	Вхідна ємність дільника x1	85pF-115pF	Вимоги замовника	☐
2.5	Вхідна ємність дільника x10	18,5pF-22,5pF	Вимоги замовника	☐
2.6	Максимальна вхідна напруга, В	600	Вимоги замовника	☐
2.7	Діапазон компенсації, pF	15-35	Вимоги замовника	☐
2.8	Довжина кабелю, м	1,2	Вимоги замовника	☐
3	Вимоги до гарантій			
3.1	Гарантійний строк експлуатації обладнання, місяців	12	Вимоги замовника	☐

2 КОМПЛЕКТНІСТЬ ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКЦІЇ

Продукція постачається в кількості згідно з тендерною документацією.

ТСдоПЗ(т).23.0011.0318-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі	Аркуш	5
ЦТАВ	Щуп для осцилографа Hantek PP-200 (або еквівалент)	Зміна	

ДОДАТОК А

Технічні та інші вимоги до виготовлення й постачання продукції

А.1 Загальні положення

Постачання щупа для осцилографа виконується з метою використання при проведенні ремонту електротехнічного обладнання.

Підставою для закупівлі продукції є включення її до річного плану закупівель товаро-матеріальних цінностей.

А.2 Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція

Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція, наведений в таблиці А.2.

Таблиця А.2 – Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція

Позначення документа	Назва документа
НП 306.2.141-2008	Загальні положення безпеки атомних станцій
СОУ НАЕК 005:2021	Управління закупівлями (поставками) продукції. Технічні специфікації до предмета закупівлі. Порядок розроблення, оформлення та поводження. Вимоги до змісту
СОУ НАЕК 012:2012	Управління закупівлями продукції. Оцінка постачальників
СОУ НАЕК 038:2021	Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП компанії
СОУ НАЕК 077:2020	Управління закупівлями продукції. «Технічні умови», «Технічні специфікації» та «Технічні завдання» на продукцію для АЕС. Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження

Допускається застосування інших міжнародних або національних правил і стандартів за умови, що вимоги цих правил і стандартів, принаймні, еквівалентні вимогам правил і стандартів, пред'явлених в таблиці А.2.

Учасник торгів може отримати офіційні копії національних стандартів наведених у даному розділі, за наступної адресою: uas.org.ua – сайт ДП «Української дослідницький і навчальний центр стандартизації, сертифікації і якості» м. Київ.

Копії стандартів ДП «НАЕК «Енергоатом»», на які є посилання в ТС розміщені на сайті ДП «НАЕК «Енергоатом»» і можуть бути надіслані учасникові торгів, після одержання письмового запиту.

ТСдоПЗ(т).23.0011.0318-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі Щуп для осцилографа Hantek PP-200 (або еквівалент)	Аркуш	6
ЦТАВ		Зміна	

А.3 Вимоги щодо маркування, пакування, транспортування

Продукція має постачатися в упаковці, яка забезпечить цілісність та збереження товарного вигляду обладнання та його експлуатаційній якості. Етикетки на упаковці повинні бути непошкодженими, мати чіткі підписи.

А.4 Випробування та приймання продукції

Вхідний контроль на майданчику замовника здійснюється відповідно до СОУ НАЕК 038:2021 та процедур, що діють у ВП ПАЕС.

А.5 Перелік документів , які надаються замовнику під час виготовлення та постачання продукції

Учасник процедури закупівлі, для підтвердження своєї здатності виготовити/поставити продукцію, що відповідає вимогам Технічної специфікації до предмета закупівлі (розділам «Технічні характеристики предмета закупівлі» та «Комплектність поставки продукції») має надати в складі тендерної пропозиції такі документи:

- гарантійний лист Постачальника, або паспорт, або сертифікат, або документ, підтверджуючий якість товару (завірені печаткою постачальника).