УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Прорізна, 19, м. Київ-01, 01001, тел. (044) 284-08-75, (044) 284-08-02,
тел .«гарячої» лінії (044) 278-41-91, e-mail: health@kyivcity.gov.ua, код ЄДРПОУ 02012906

Зважаючи на вимогу, яка 02.12.2022 о 15:10 надійшла на адресу Департаменту в системі електронних публічних закупівель «ProZorro», а також враховуючи службову записку голови робочої групи, що залучається у 2022 році до роботи Департаменту для розробки технічних вимог до тендерної документації та підготовки висновків про відповідність пропозицій учасників торгів технічним вимогам на закупівлю медичного обладнання закладам охорони здоров'я м. Києва, від 05.12.2022 № 30-4, **рішенням уповноваженої особи від 05.12.2022** внесено зміни до тендерної документації на закупівлю: 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Реабілітаційне обладнання, 11 лотів), ідентифікатор UA-2022-11-29-014537-a, а саме:

1. В пункті 4.2 «Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції» розділу «Загальні положення» тендерної документації на закупівлю інформацію щодо лоту № 11 викладено в новій редакції:

«лот 11 - 33155000-1 Фізіотерапевтичні апарати - Комплект обладнання для реабілітації - 8 найменувань:

найменування 1 - Набір клинів, валиків та іншого приладдя для кінезотерапії (40894 Набір для позиціонування пацієнта за допомогою піноматеріалу) - 4 шт.;

найменування 2 - Коляска для купання (45353 Крісло-візок для транспортування, нескладане) - 4 шт.;

найменування 3 - Реабілітаційний пояс для страхування пацієнта (40538 Ремінь / пояс для підйому і переміщення пацієнта) - 3 компл.;

найменування 4 - Велоергометр (10383 Велоергометр) - 2 шт.;

найменування 5 - Стілець для гігієнічних заходів (40539 Крісло-туалет) - 10 шт.;

найменування 6 - Стілець для туалету (40539 Крісло-туалет) - 5 шт.;

найменування 7 - Ротор для тренування верхніх і нижніх кінцівок (11629 Тренажер руки) - 6 шт.;

найменування 8 - Стаціонарний підйомник для басейну (45675 Стаціонарна система піднімання і переміщення пацієнта з урухомником) - 2 шт.».

2. В пункті 4.3 «Місце та кількість поставки товарів» розділу «Загальні положення» тендерної документації на закупівлю інформацію щодо лоту № 11 викладено в новій редакції:

«лот 11 - 33155000-1 Фізіотерапевтичні апарати - Комплект обладнання для реабілітації - 8 найменувань:

найменування 1 - Набір клинів, валиків та іншого приладдя для кінезотерапії (40894 Набір для позиціонування пацієнта за допомогою піноматеріалу) - 4 шт.;

найменування 2 - Коляска для купання (45353 Крісло-візок для транспортування, нескладане) - 4 шт.;

найменування 3 - Реабілітаційний пояс для страхування пацієнта (40538 Ремінь / пояс для підйому і переміщення пацієнта) - 3 компл.;

найменування 4 - Велоергометр (10383 Велоергометр) - 2 шт.;

найменування 5 - Стілець для гігієнічних заходів (40539 Крісло-туалет) - 10 шт.;

найменування 6 - Стілець для туалету (40539 Крісло-туалет) - 5 шт.;

найменування 7 - Ротор для тренування верхніх і нижніх кінцівок (11629 Тренажер руки) - 6 шт.;

найменування 8 - Стаціонарний підйомник для басейну (45675 Стаціонарна система піднімання і переміщення пацієнта з урухомником) - 2 шт.».

3. В пункті 2 «Забезпечення тендерної пропозиції» розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації на закупівлю розмір забезпечення тендерної пропозиції за лотом № 11 викладено в новій редакції:

«лот 11 - 94 000,00 грн (Дев`яносто чотири тисячі гривень 00 копійок)».

4. Пункт 1 «Кінцевий строк подання тендерної пропозиції» розділу «Подання та розкриття тендерної пропозиції» тендерної документації на закупівлю викладено в новій редакції:

«

1	Кінцевий строк подання тендерної пропозиції	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – **10.12.2022.**

».

5. В Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю інформацію щодо лоту № 11 викладено в новій редакції:

«Лот 11 - 33155000-1 Фізіотерапевтичні апарати - Комплект обладнання для реабілітації - 8 найменувань:

найменування 1 - Набір клинів, валиків та іншого приладдя для кінезотерапії (40894 Набір для позиціонування пацієнта за допомогою піноматеріалу) - 4 шт.

№ з/п	Характеристики	Відповідність (так/ні)
1.	Реабілітаційний рол 10х30 см - 1 шт.	
2.	Реабілітаційний валик 15х30 см - 1 шт.	
3.	Реабілітаційний валик 20х30 см - 1 шт.	
4.	Реабілітаційний валик 15х50 см - 1 шт.	
5.	Реабілітаційний валик 20х50 см - 1 шт.	
6.	Реабілітаційний валик 10х100 - 1 шт.	
7.	Реабілітаційний валик 15х100 см - 1 шт.	
8.	Реабілітаційний напіввалик 60/15/10 см - 1 шт.	
9.	Реабілітаційний напіввалик 60/18/12 см - 1 шт.	
10.	Реабілітаційний клин 10/20/25 см - 1 шт.	
11.	Реабілітаційний клин 10/20/50 см - 1 шт.	
12.	Реабілітаційний клин 10/30/50 см - 1 шт.	
13.	Реабілітаційний клин 12/30/50 см - 1 шт.	
14.	Реабілітаційний клин 15/30/50 см - 1 шт.	
15.	Реабілітаційний клин 15/50/50 см - 1 шт.	
16.	Реабілітаційний клин 20/50/50 см - 1 шт.	
17.	Реабілітаційний клин 20/50/60 см - 1 шт.	

найменування 2 - Коляска для купання (45353 Крісло-візок для транспортування, нескладане) - 4 шт.

№ з/п	Характеристики	Вимоги	Відповідність (так/ні)
1	Функціонал	Технічна допомога для полегшення доступу до пляжів і купання для людей з обмеженими	

		можливостями або обмеженою мобільністю	
2	Коляска має 2 плаваючих підлокітника і широкі колеса, які дозволяють переміщатися в будь-якому місці (пляжі чи басейні)	Наявність	
3	Розміри коляски, підніжка в нижньому положенні (ширина х висота х довжина)	123 х 120 х 140 см	
4	Розміри коляски, підніжка у найвищому положенні (ширина х висота х довжина)	123 х 120 х 260 см	
5	Розмір сидіння коляски (ширина х висота х довжина)	64 х 56 х 120 см	
6	Вага коляски	Не менше 31,7 кг	
7	Максимальна вага користувача	Не менше 130 кг	
8	Конструкційний матеріал коляски	Алюміній і нержавіюча сталь	
9	Матеріал підлокітники-поплавці	Поліетилен, наповнений спіненим поліуретаном	
10	Матеріал спинки	Поліетилен	
11	Матеріал сидіння	Поліефірне волокно з ПВХ покриттям	
12	Діаметр коліс	Не менше 380 мм	
13	Колеса, які наповнюються стисненим повітрям	Наявність	

найменування 3 - Реабілітаційний пояс для страхування пацієнта (40538 Ремінь / пояс для підйому і переміщення пацієнта) - 3 компл.

№ з/п	**Характеристики**	**Відповідність (так/ні)**
1	Реабілітаційний пояс 110 см - 1 шт.	
2	Реабілітаційний пояс 130 см - 1 шт.	
3	Допоміжний пояс 16 X 50/100 - 1 шт.	
4	Допоміжний пояс 19 X 85/135 - 1 шт.	

найменування 4 - Велоергометр (10383 Велоергометр) - 2 шт.

№ з/п	**Характеристики**	**Вимоги**	**Відповідність (так/ні)**
1	Дисплей	Наявність	
2	Функція біологічного зворотного зв'язку	Наявність	
3	Регульоване горизонтально і вертикально сідло	Наявність	
4	Кодована система вимірювання частоти серцевих скорочень	Наявність	
5	Максимальна вага користувача	Не менше 150 кг	
6	Інтегрований інтерфейс (RS232)	Наявність	
7	Діапазон потужності	Не гірше, від 15 до 500 Вт об. / хв. незалежно, від 15 до 1000 Вт, в залежності від об.	

		/ хв.	
8	Кроки робочого навантаження	Не гірше 5 Вт	
9	Діапазон швидкості	Не гірше, від 20 до 120 об. / хв.	
10	Гібридна гальмівна система (HBS)	Наявність	
11	Моноременний привід	Наявність	
12	Клас точності	А (висока точність)	
13	Термінал користувача з клавіатурою	Наявність	
14	Саморегульований привід	Наявність	

найменування 5 - Стілець для гігієнічних заходів (40539 Крісло-туалет) - 10 шт.

№ з/п	Характеристики	Вимоги	Відповідність (так/ні)
1	Призначення виробу	Крісло для купання та туалету	
2	Підтримка шиї	Наявність	
3	Спинка	Наявність	
4	Підлокітники	Наявність	
5	Сидіння	Наявність	
6	Підніжки	Наявність	
7	Газова пружина	Наявність	
8	Функція нахилу	Наявність	
9	Коліщатка з гальмами	Наявність	
10	Регулювання кута нахилу (вперед-назад)	Від +5° до -30°	
11	Регулювання висоти сидіння	Від 505 до 585 мм	
12	Глибина сидіння	Не менше 420 мм	
13	Ширина сидіння	Не менше 435 мм	
14	Відстань між підлокітниками	Не менше 480 мм	
15	Загальна ширина крісла	Не більше 600 мм	
16	Загальна висота крісла (верх ручок) регулюється	Від 1035 до 1115 мм	
17	Матеріал крісла	Нержавіюча сталь	
18	Вага крісла	Не менше 22 кг	
19	Вантажопідйомність крісла	Не менше 140 кг	

найменування 6 - Стілець для туалету (40539 Крісло-туалет) - 5 шт.

№ з/п	Характеристики	Вимоги	Відповідність (так/ні)
1	Призначення	Виріб для людей з обмеженими можливостями з порушеннями опорно-рухового апарату, для людей похилого віку та для тих, хто має проблеми з використанням звичайного унітазу	
2	Можливо використовувати як поручні для допомоги під час вставання зі стандартного унітазу	Наявність	

3	Стабільна сталева рама з порошковим покриттям	Наявність	
4	Складна рама (для зберігання)	Наявність	
5	Регулювання висоти	Від 40 см до 55 см	
6	Ергономічні підлокітники	Наявність	
7	Ширина сидіння	Не менше 50 см	
8	Глибина сидіння	Не менше 37 см	
9	Ширина сидіння унітазу	Не менше 35 см	
10	Глибина сидіння унітазу	Не менше 37 см	
11	Ємність відра	Не менше 7 літрів	
12	Вага	Не менше 6 кг	
13	Максимальне навантаження	Не менше 136 кг	

найменування 7 - Ротор для тренування верхніх і нижніх кінцівок (11629 Тренажер руки) - 6 шт.

№ з/п	Характеристики	Вимоги	Відповідність (так/ні)
1	Реабілітаційний пристрій для людей з обмеженими можливостями верхніх і нижніх кінцівок	Наявність	
2	Використання для зміцнення верхніх і нижніх кінцівок при парезах, викликаних інсультом, та іншими неврологічними розладами	Наявність	
3	Тренажер оснащений протиковзкими накладками ABS, що дозволяє встановити його будь-де без додаткових стійок	Наявність	
4	Пристрій оснащений плавним регулюванням опору	Наявність	
5	Каркас	Сталь з порошковим покриттям	
6	Педалі	Нейлон	
7	Розміри тренажера	Не більше 49х41х30 см	
8	Вага тренажера	Не менше 2 кг	
9	Максимальне загальне навантаження	Не менше 70 кг	

найменування 8 - Стаціонарний підйомник для басейну (45675 Стаціонарна система піднімання і переміщення пацієнта з урухомником) - 2 шт.

№ з/п	Характеристики	Вимоги	Відповідність (так/ні)
1	Стаціонарний підйомник спеціально розроблений для використання в басейні	Наявність	
2	Вага підйомника	Не більше 54 кг	
3	Ширина підйомника	Не менше 66 см	
4	Максимально допустима вага пацієнта	Не менше 185 кг	
5	Складна конструкція рами	Наявність	
6	Рама з нержавіючої сталі з епоксидним покриттям	Наявність	

7	Розмір Бази (підстави для кріплення до бетону)	Не менше 47 х 31 см	
8	Довжина колони	Не більше 141 см	
9	Висота стріли у верхній точці підйому	Не більше 210 см	
10	Радіус розвороту	Не більше 106 см	
11	Обертання підйомника 360°	Наявність	
12	Спеціальний слінг для купання розмір L	Наявність	
13	Блок управління з аварійної зупинкою і вбудованим індикатором заряду	Наявність	
14	Звуковий сигнал: індикація низького заряду батареї	Наявність	

».

Уповноважена особа Департаменту,
голова робочої групи Департаменту,
утвореної згідно наказу Департаменту від 24.10.2022 № 908 _____ **Лілія БЕДЕНОК**
підпис

Члени робочої групи Департаменту, що діє на підставі наказу Департаменту від 24.10.2022 № 908:

Заступник начальника відділу лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню управління лікувально-профілактичної допомоги	*звільнено*	САВЕНКО Василь Юхимович
Заступник начальника управління економіки – начальник відділу планування капітальних видатків та ремонтних робіт управління економіки		БЕРЕСТОВЕНКО Юрій Володимирович
Заступник начальника управління економіки		ШМУЛЬКО Леся Володимирівна
Головний спеціаліст сектору фінансового контролю		ПОЛОВИНКО Олег Леонідович
Головний спеціаліст відділу правового забезпечення		БЕЛОНОГ Михайло Олександрович