

ПРОТОКОЛ від 21.03.2024 року
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ Корнійчуком Т.І.
у КНП ОМР «Обухівська стоматологічна поліклініка» відповідно до Положення про
уповноважену особу, що затверджене наказом КНП ОМР «Обухівська
стоматологічна поліклініка» від 31.12.2021 року № 47

Порядок денний:

У зв'язку виходом з ладу стоматологічної рентгенівської системи, котра призначена для отримання чорно – білих зображень порожнини рота на плівковому або цифровому носії, що використовувалась КНП ОМР «Обухівська стоматологічна поліклініка», і поломка якої не підлягає відновленню, оскільки повністю вийшла з ладу одна з основних її частин через моральне та фізичне зношення, та у зв'язку з новою потребою в такому новому обладнанні: Інтраоральний цифровий датчик, що має функціонально доповнити стоматологічну рентгенівську систему для розширення її функціональних можливостей з надання відповідних послуг візуалізації, відповідно до вимог пункту 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, (далі – Особливості), та пункту 3 розділу 1 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 яким передбачено, що Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 21 і 34 частини першої статті 1 Закону та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника, враховуючи медично - технічні властивості даного обладнання та відповідні державні стандарти даного товару, було визначено, що відповідна закупівля здійснюється за кодом Державного класифікатора продукції та послуг: **Стоматологічні прилади та обладнання: класифікація за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015: 021:2015-33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини.**

Тож відповідно до абзацу третього пункту 13 **Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі** затвердженого Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11 червня 2020 року № 1082 яким передбачено, що під час розміщення в електронній системі закупівель інформації про предмет закупівлі в окремих полях зазначається інформація щодо коду та назви медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05 лютого 2019 року № 159, та враховуючи Наказ Мінекономіки від 24.05.2023 № 4139 “Про затвердження національного класифікатора НК 024:2023 та скасування національного класифікатора НК 024:2019” та необхідних характеристик товарів, враховуючи джерела та обсяг фінансування і відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 методом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на підставі даних ринку та загальнодоступної відкритої інформації про ціни, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, а також аналізу обсягів робіт та інформації про аналогічні закупівлі розміщені на сайті <https://prozorro.gov.ua>, та враховуючи при цьому отримані консультації від лікарів Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська стоматологічна поліклініка», було визначено орієнтовну вартість предмету закупівлі котра складає **505216,14 грн.** Тому процедура закупівлі визначена відповідно до пункту 10 Особливостей як відкриті торги з особливостями. Джерелом фінансування виступає власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства), та місцевий бюджет.

Отже, за результатами розгляду даного питання маємо такий Предмет закупівлі: **Стоматологічні прилади та обладнання: класифікація за ДК 021:2015 - 33110000-4**

Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, що має такі складові:

- Інтраоральний дентальний рентген X-MIND DC або еквівалент, класифікація за ДК 021:2015: 021:2015-33111000-1 Рентгенологічне обладнання, код НК 024:2023: 42297 - Інтраоральна універсальна стоматологічна рентгенівська система, цифрова;
- Інтраоральний цифровий датчик SOPIX 2 або еквівалент, класифікація за ДК 021:2015: 021:2015-33111000-1 Рентгенологічне обладнання, код НК 024:2023: 42297 - Інтраоральна універсальна стоматологічна рентгенівська система, цифрова;

І враховуючи пункти 14 та 24 Особливостей, Положення про уповноважену особу, що затверджене наказом КНП ОМР «Обухівська стоматологічна поліклініка» від 31.12.2021 року № 47, та відповідно до ст. 4 Закону, було внесено зміни до річного плану закупівлі та оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів та тендерну документацію не пізніше ніж за сім днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій: Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-03-16-000253-а, та Ідентифікатор плану: UA-P-2024-03-14-016323-а, однак при цьому, при повторному перегляді Оголошення та Тендерної документації, даних умов що ними обумовлені було виявлено деякі помилки та допущені неточності, а саме в специфікації закупівлі Інтраоральний дентальний рентген X-MIND DC, або еквівалент, класифікація за ДК 021:2015: 021:2015-33111000-1 Рентгенологічне обладнання, код НК 024:2023: 42297 - Інтраоральна універсальна стоматологічна рентгенівська система, цифрова, кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 комплект та Інтраоральний цифровий датчик SOPIX 2, або еквівалент, класифікація за ДК 021:2015: 021:2015-33111000-1 Рентгенологічне обладнання, код НК 024:2023: 42297 - Інтраоральна універсальна стоматологічна рентгенівська система, цифрова, кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 комплект, проте за технічними характеристиками дані товари мають визначатись за одиницею виміру як штуки, оскільки допоміжних приладів для свого функціонування не мають, тож змін потребує і Тендерна документація, медично – технічні вимоги, проект договору.

Зокрема, також пунктом 3.12 медично – технічних вимог, передбачено пристрій для ізоляції ротової порожнини, який виступає в ролі ретрактора щоки пацієнта, що дає змогу розширити простір в порожнині рота для стоматологічних маніпуляцій, утримує язик пацієнта для комфортної роботи лікаря стоматолога, захищає дихальні шляхи від частинок та сміття, видаляє воду, слину з рота пацієнта. Пристрій містить прикусний блок, що автоклавується і оскільки даний пристрій під час експлуатації та застосування не потрібний, то даний пункт необхідно виключити.

Крім того опубліковане обґрунтування медично – технічних вимог містить посилання на такого виробника як "Satelec Sas Acteon Group Division" (Франція), проте враховуючи той факт, що Міжнародна компанія Acteon виробник даного стоматологічного обладнання та витратних матеріалів, Головний офіс знаходиться у Франції. Близько 650 чоловік працюють на 5 виробничих майданчиках, що знаходяться в Більбао, Марсель, Нарнборн, Тютлінген, Бордо, в 8 дочірніх підприємствах, і 5 представництвах, що знаходяться на основних світових ринках. свою назву на Acteon (2003).

І також Acteon ділиться на три підрозділи:

- Acteon Equipment Satelec - один з підрозділів Acteon, що займається виробництвом стоматологічного обладнання, світовий лідер з виробництва п'єзоультразвукових генераторів призначених для стоматології, включаючи такі процедури як остеотомія, полірування, полімеризація, автоклавування і т.д.
- Pierre Roland – фармацевтичний підрозділ Acteon, виробники Expasyl і Riskontrol, що також виробляє зліпувальні матеріали, анестетики, матеріали для ендодонтії та гігієни.
- Sopro – всесвітньо пізнаваний підрозділ, що займається системами візуалізації, лідер у виробництві інтраоральних камер та розробці цифрових візіографів.

Також Sopro займається розробкою виробництвом та продажем повного ряду хірургічних ендоскопів. Тож враховуючи ці дані коректніше буде зазначати виробника як «Asteon Group Division (Франція)».

Також переглянувши проект договору, що є опублікованим як Додаток № 5 до Тендерної документації, було виявлено некоректне викладення і примірної специфікації до проекту договору:

Додаток № 1 до договору № ____
від « ____ » _____ 2024 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн., з ПДВ	Ставка ПДВ, %	Сума, грн., з ПДВ
Інтраоральний дентальний рентген X-MIND DC, або еквівалент	Комплект.	1			
Всього без ПДВ:					
ПДВ:					
РАЗОМ з ПДВ:					

Додаток № 2 до договору № ____
від « ____ » _____ 2024 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Джерело фінансування: Місцевий бюджет

Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн., з ПДВ	Ставка ПДВ, %	Сума, грн., з ПДВ
Інтраоральний цифровий датчик SOPIX 2, або еквівалент	Комплект.	1			
Всього без ПДВ:					
ПДВ:					
РАЗОМ з ПДВ:					

А потрібно:

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн., без ПДВ	Ставка ПДВ, %	Сума, грн., з ПДВ
Інтраоральний дентальний рентген X-MIND DC, або еквівалент	Шт.	1			
Всього без ПДВ:					
ПДВ:					
РАЗОМ з ПДВ:					

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Джерело фінансування: Місцевий бюджет

Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн., без ПДВ	Ставка ПДВ, %	Сума, грн., з ПДВ
Інтраоральний цифровий датчик SOPIX 2, або еквівалент	Шт.	1			
Всього без ПДВ:					
ПДВ:					
РАЗОМ з ПДВ:					


Отже враховуючи вище викладене, та абзац третій та четвертий пункту 54 Особливостей, яким передбачено, що Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі

оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. Тож враховуючи вище зазначене –

ВИРІШИВ:

1. Необхідні зміни розмістити протягом одного дня з моменту прийняття даного рішення у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації на електронному майданчику публічних закупівель і строк в оголошенні про проведення відкритих торгів, продовжити таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалися не менше чотирьох днів.

Уповноважена особа



Т.І.Корнійчук