



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Прорізна, 19, м. Київ, 01001, тел. (044) 284 08 75, (044) 284 08 02
тел. «гарячої» лінії (044) 278 41 91 E-mail: health@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 02012906

Враховуючи рішення Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 28.11.2023 № 19174-р/пк-пз та зважаючи на службову записку голови Робочої групи Департаменту з питань профільного супроводу закупівель за відповідним напрямком роботи (с.з. від 30.11.2023 № 26-2), **рішенням уповноваженої особи від 01.12.2023** внесено зміни до тендерної документації на закупівлю: 33140000-3 Медичні матеріали (Медичні вироби для нейрохірургічних втручань у дітей, 2 лота), ідентифікатор UA-2023-11-14-011700-а, а саме:

1. Пункт 1 «Кінцевий строк подання тендерної пропозиції» розділу «Подання та розкриття тендерної пропозиції» тендерної документації на закупівлю викладено в новій редакції:

«

1	Кінцевий строк подання тендерної пропозиції	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 06.12.2023.
---	---	--

».

1. В Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю:

Спеціальні вимоги щодо лоту № 1:

«Спеціальні вимоги:

1. Довжина венстрикулярного катетера: не довше 25 см.
2. Довжина кардіо-перитонеального катетера: не коротше 90 см.
3. Катетер імпрігновано барієм або танталом: наявність.
4. Клапан складається з: матеріалів, що не злипаються, поліпропілену або полісульфону та силікону.
5. Діаметр катетера: внутрішній - 1,3 мм, зовнішній - не більше 2,5 мм.
6. В набір катетера входить: жорстка направляюча для встановлення.
7. Клапан має резервуар для пункцій: наявність.
8. Клапан має забезпечувати відтік ліквору тільки в одному напрямку: наявність.
9. В клапані повинні бути відсутні металічні частини для можливості проведення МРТ контролів (МРТ прозорі): відповідність.
10. Клапан повинен мати рентген контрастне маркування: наявність.
11. Клапан на фрезевий отвір типу Burr-Hole повинен бути: не менше 12 мм, не більше 18 мм.
12. Параметри тиску клапанів: повинні вимірюватись в мм водного стовпа, повинні мати не менше трьох діапазонів робочого тиску: низький, середній, високий.
13. Термін придатності (стерилізації) виробів: не менше 2 років, та не більше 5 років, крім тих, що мають антибактеріальне покриття.»

викладено в новій редакції:

«Спеціальні вимоги:

1. Довжина венстрикулярного катетера: не довше 25 см.
2. Довжина кардіо-перитонеального катетера: не коротше 90 см.
3. Катетер імпрігновано барієм або танталом: наявність.
4. Клапан має складатись з матеріалів: поліпропілену або полісульфону; та силікону.
5. Діаметр венстрикулярного катетера: внутрішній не більше 1,6 мм, зовнішній — не більше 2,7 мм.
6. В набір катетера входить: жорстка направляюча для встановлення.
7. Клапан має резервуар для пункцій: наявність.
8. Клапан має забезпечувати відтік ліквору тільки в одному напрямку: наявність.
9. В клапані повинні бути відсутні металічні частини для можливості проведення МРТ контролів (МРТ прозорі): відповідність.
10. Клапан повинен мати рентген контрастне маркування: наявність.
11. Клапан на фрезевий отвір типу Burr-Hole повинен бути: не менше 12 мм, не більше 18 мм.
12. Параметри тиску клапанів: повинні вимірюватись в мм водного стовпа та мати не менше трьох діапазонів робочого тиску: низький, середній, високий.
13. Термін придатності (стерилізації) виробів: не менше 2 років, але не більше 5 років, крім тих, що мають антибактеріальне покриття.»

Уповноважена особа Департаменту,
голова робочої групи Департаменту,
утвореної згідно наказу Департаменту від
04.08.2023 № 859

Олена КОНДРАТЕЦЬ

підпис

Члени робочої групи Департаменту, що діє на підставі наказу Департаменту від 04.08.2023 № 859:

В.о. начальника відділу медичної допомоги
дорослому населенню управління медичної
допомоги населенню

МУЗИКА
Ольга Вікторівна

Заступник начальника управління економіки
— начальник відділу планування капітальних
видатків та ремонтних робіт управління
економіки

БЕРЕСТОВЕНКО
Юрій Володимирович

Заступник начальника управління
економіки

ШМУЛЬКО
Леся Володимирівна

Головний спеціаліст сектору фінансового
контролю

ПОЛОВИНКО
Олег Леонідович

Головний спеціаліст відділу правового
забезпечення

звільнено

МОСІЙЧУК
Олександр Валентинович

