



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Прорізна, 19, м. Київ, 01001, тел. (044) 284 08 75, (044) 284 08 02
тел. «гарячої» лінії (044) 278 41 91 E-mail: health@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 02012906

Враховуючи скарги товариства з обмеженою відповідальністю «ХАЙ СПЕЙС» від 23 листопада 2023 №№ UA-2023-11-10-011834-а.с6, UA-2023-11-10-011834-а.а7, UA-2023-11-10-011834-а.с9 та зважаючи на службову записку голови Робочої групи Департаменту з питань профільного супроводу закупівель за відповідним напрямком роботи (с.з. голови Робочої групи, Берестовенка Ю. В., від 29.11.2023 № 27-2), **рішенням уповноваженої особи від 29.11.2023** внесено зміни до тендерної документації на закупівлю: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Медичні вироби для кардіохірургічних втручань, 35 лотів), ідентифікатор UA-2023-11-10-011834-а, а саме:

1. Пункт 1 «Кінцевий строк подання тендерної пропозиції» розділу «Подання та розкриття тендерної пропозиції» тендерної документації на закупівлю викладено в новій редакції:

«

1	Кінцевий строк подання тендерної пропозиції	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 04.12.2023.
---	---	--

».

2. В Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю:

2.1. Спеціальні вимоги щодо лоту № 12, викладено в новій редакції:

«1. Біологічний клапан виготовлено з бичачого або свинного перикарду; низькопрофільного каркасу та має манжету з синтетичного матеріалу.

2. Біологічний клапан має поставлятися у одноразовій ємності та мати антикальцифікаційну обробку.

3. Біологічний клапан поставляється стерильним в буферному розчині 0,2%-му глютаральдегіду або 4 % розчин формальдегіду, який запобігає висиханню тканин біопротезу.

4. Каркас клапану виготовлений з використанням полімерної основи, покрито поліестеровою тканиною та є рентгеноконтрастним.

5. Можливість проведення МРТ дослідження в магнітному полі 3,0 Тл або менше.

6. Обов'язкова наявність термодатчиків з активацією на заморозку при 0°C та на перегрів при + 40°C або вище.».

2.2. Спеціальні вимоги щодо лоту № 25, викладено в новій редакції:

«1. Мають поставлятися в розчині формальдегіда у одноразовій ємності.

2. Біоклапани мають бути: оснащені технологією антикальцифікації.

3. Доступні розміри аортальних клапанів повинні бути в межах 19-29 мм.

4. Загальна висота клапана не менше 10 мм та не більше 20 мм.

5. Матеріал стулок: бичий перикард.

6. Наявність каркасу клапана на основі титану або поліацеталю.».

2.3. Спеціальні вимоги щодо лоту № 27, викладено в новій редакції:

- «1. Мають поставлятися в розчині формальдегіда у одноразовій ємності.
2. Біоклапани мають бути: оснащені технологією антикальцифікації.
3. Доступні розміри аортальних клапанів повинні бути в межах 19-29 мм.
4. Загальна висота клапана не менше 10 мм та не більше 20 мм.
5. Матеріал стулок: бичий перикард.
6. Наявність каркасу клапана на основі титану або поліацеталю.».

**Уповноважена особа Департаменту,
голова робочої групи Департаменту,
утвореної згідно наказу Департаменту від
04.08.2023 № 859**

підпис

Тетяна ФАНТА

**Члени робочої групи Департаменту, що діє на підставі наказу Департаменту від 04.08.2023
№ 859:**

В.о. начальника відділу медичної допомоги
дорослому населенню управління медичної
допомоги населенню

МУЗИКА
Ольга Вікторівна

Заступник начальника управління економіки
– начальник відділу планування капітальних
видатків та ремонтних робіт управління
економіки

БЕРЕСТОВЕНКО
Юрій Володимирович

Заступник начальника управління
економіки

ШМУЛЬКО
Леся Володимирівна

Головний спеціаліст сектору фінансового
контролю

ПОЛОВИНКО
Олег Леонідович

Головний спеціаліст відділу правового
забезпечення

звільнено

МОСІЙЧУК
Олександр Валентинович