



ВП «Південноукраїнська АЕС»

ТСдоПЗ(т).23.0022.0080-2022

ТСдоПЗ(т).23.0022.0080	Технічна специфікація до предмета закупівлі Пульсоксиметр "БІОМЕД" BP-10M або еквівалент	Аркуш	2
ВОЗ		Зміна	

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Посада	Підпис	Дата	Ініціали та прізвище
ПОГОДЖЕНО			
Начальник УВТК		07.07.2022	О. КУЗЬМЕНКО
Начальник ВТС		07.07.2022	Д. МІТЮШЕВ
ВОЗ Начальник ВОЗ		08.07.2022	Г. ХМІЛІВСЬКА
РОЗРОБЛЕНО			
Інженер ВОЗ		07.07.2022	А. КИСЛИЦЯ

ТСдоПЗ(т).23.0022.0080	Технічна специфікація до предмета закупівлі Пульсоксиметр "БІОМЕД" ВР-10М або еквівалент	Аркуш	3
ВОЗ		Зміна	

ЗМІСТ

	Стор.
1. Технічні характеристики предмета закупівлі	4.
2. Комплектність поставки продукції.....	4.
ДОДАТОК А.....	5.
Технічні та інші вимоги до виготовлення й постачання продукції	5.
ДОДАТОК Б	7.

ТСдоПЗ(т).23.0022.0080	Технічна специфікація до предмета закупівлі Пульсоксиметр "БІОМЕД" ВР-10М або еквівалент	Аркуш	4
ВОЗ		Зміна	

1 Технічні характеристики предмета закупівлі

Таблиця 1 – Технічні характеристики предмета закупівлі

П.н.	Технічна характеристика	Значення	Нормативний документ, посилання	Примітки
1	Параметри дисплея	кольоровий, 4 напрямки огляду	Вимоги замовника	
2	Діапазон SpO2	35-99%, дискретність 1%, похибка $\pm 2\%$	Вимоги замовника	
3	Діапазон вимірювань частоти пульсу	30 уд / хв - 240 уд / хв, дискретність 1 уд / хв, похибка ± 2 уд / хв	Вимоги замовника	
4	Відображення інтенсивності частоти пульсу	гістограма	Вимоги замовника	
5	Параметри живлення	3В (дві батареї ААА)	Вимоги замовника	
6	Використання	дорослі	Вимоги замовника	

2 Комплектність поставки продукції

Продукція постачається в кількості згідно з тендерною документацією.

ТСдоПЗ(т).23.0022.0080	Технічна специфікація до предмета закупівлі Пульсоксиметр "БІОМЕД" ВР-10М або еквівалент	Аркуш	5
ВОЗ		Зміна	

ДОДАТОК А

Технічні та інші вимоги до виготовлення й постачання продукції

А.1 Загальні положення

А.1.1 Поставка пульсоксиметра "БІОМЕД" ВР-10М або еквівалента (далі пульсоксиметр) виконується з метою заміни відпрацьованих пульсоксиметрів на нові.

А.1.2 Продукція за цією технічною специфікацією до предмета закупівлі закуповується для виконання заходів щодо заміни використаних пульсоксиметрів.

А.2 Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція

Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція, наведений в таблиці А.2.

Таблиця А.2 – Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція

Позначення документа	Назва документа
СОУ НАЕК 005:2021	Управління закупівлями (поставками) продукції. Технічні специфікації до предмета закупівлі. Порядок розроблення, оформлення та поводження. Вимоги до змісту
СОУ НАЕК 022:2014	Інтегрована система управління. Управління невідповідностями
СОУ НАЕК 038:2021	Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП компанії
СОУ НАЕК 042:2022	Управління поставками (закупівлями) продукції. Організація закупівель продукції, робіт та послуг.
СОУ НАЕК 077:2020	Управління закупівлями продукції. «Технічні умови», «Технічні специфікації» та «Технічні завдання» на продукцію для АЕС. Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження

ТСлоПЗ(т).23.0022.0080	Технічна специфікація до предмета закупівлі Пульсоксиметр "БІОМЕД" ВР-10М або еквівалент	Аркуш	6
ВОЗ		Зміна	

А.3 Вимоги щодо маркування, пакування, транспортування

А.3.1 Комплект поставки:

- Пульсоксиметр
- Шнурок для підвішування
- Сумочка для транспортування
- Інструкція.

А.3.2 На пакуванні кожного пульсоксиметра повинні міститися наступні елементи та інформація:

- товарний знак та назва підприємства-виробника;
- модель пульсоксиметра;
- серійний номер.

А.4 Випробування та приймання продукції

А.4.1 Вхідний контроль здійснюється відповідно до СОУ НАЕК 038 та процедур, що діють у ВП ПАЕС.

А.4.2 Постачальник повинен компенсувати замовнику збитки (у випадку їхньої наявності), понесені в результаті виникнення дефектів та/або невідповідностей устаткування протягом гарантійного строку експлуатації.

А.5 Перелік документів, які надаються замовнику під час виготовлення та постачання продукції

У комплект поставки разом з пульсоксиметром повинні входити документи:

- інструкція.

ТСдоПЗ(т).23.0022.0080	Технічна специфікація до предмета закупівлі	Аркуш	7
ВОЗ	Пульсоксиметр "БІОМЕД" BP-10M або еквівалент	Зміна	

ДОДАТОК Б

Перелік документів, які надаються учасником процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції

Документи, які мають надати учасники у складі тендерної пропозиції для підтвердження своєї здатності виготовити/поставити продукцію, що відповідає вимогам цієї технічної специфікації до предмета закупівлі (розділам «Технічні характеристики предмета закупівля» та «Комплектність поставки продукції»):

1. Файл у форматі pdf (лист, довідка або інше), відсканований з підтвердженням про відповідність запропонованого товару технічним характеристикам наведеним в технічній специфікації.